

委託業務処理要領

委託契約する試験検査機器の名称、規格及び主な点検内容は次のとおりとする。

記

| 機器名 | 規格・型式等 | 数量 | 主な点検項目 |
|----------|-------------|-----|--|
| 安全キャビネット | NSE-2100ⅡB2 | 1 台 | 次の項目が判定基準を満たしていること。 1 外観検査 2 HEPA フィルターリーク試験 3 風速・風量測定検査 4 機能確認 5 清浄度検査 6 気流方向検査 7 動作確認 8 照度測定 9 騒音検査 |
| | | | 消耗品交換 給気用 HEPA フィルター交換 2 枚 排気用 HEPA フィルター交換 2 枚 |
| クリーンベンチ | SC-16BGB10 | 1 台 | 次の項目が判定基準を満たしていること。 1 外観検査 2 HEPA フィルターリーク試験 3 風速・風量測定検査 4 清浄度検査 5 気流方向検査 6 動作確認 7 照度測定 |
| | | | 消耗品交換 給気用 HEPA フィルター交換 2 枚 排気用 HEPA フィルター交換 1 枚 |

※ 詳細は、メーカー指定の点検要領による。

※ 委託業務の処理にあたっては、上記の他、業務担当員の指示に従い適正に行うとともに業務処理過程において機械器具の故障等を発見し、修繕を要すると認められる場合で部品を交換する必要があるときは別途指示する。